



ŞİMŞEK Labor teknik

SAĞ. ve LAB. CİH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ankara Merkez Sanayi Sitesi 537 Sok. No : 22-24 • İvedik / ANKARA • Tel: 395 24 84 - 395 24 85
Ostim V.D. 813 006 9397 • Ticaret Sicil No.: 114898 • Oda Sicil No.: 52/1365 • Fax: 395 24 86
www.simseklaborteknik.com.tr e-mail: simseklaborteknik@gmail.com

ULTRA SAF SU CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ Human UP 900-Scholar



1. Cihaz mikroprosesör kontrollüdür.
2. Cihaz masa üstü kullanıma uygundur
3. Cihaz saatteki safsu üretim kapasitesi 72 litre dir.
4. Cihaz her türlü kromatografik HPLC,AAS,ICP,GC/MS gibi analitik cihazlara , spektrometrik analizlerde doku kültürlerinde ve eser metal analizlerinde kullanılacak kalitede üretmektedir.
5. Cihaz LCD ekrana sahip olup, üretilen suyun kalitesi bu ekranda devamlı olarak gözlenmektedir.
6. Cihaz her açıldığında kendini test etmektedir.
7. Cihaz resirkülasyon fonksiyonuna sahiptir.
8. Cihaz ultra saf su kartuşu için değişim uyarısı vermektedir.
9. Cihazda bir adet aktif karbon filtresi, bir adet UP kartuşu bulunmaktadır.
10. Cihazın UP kartuşu; aktif karbon,0,01 µm UF filtre, ve iyon filtresinden oluşmaktadır.
11. Cihazda düşük TOC değeri sağlamak amacıyla UV lamba bulunmaktadır.
12. Üretilen suyun kalitesi ultra saf su için 18,2 MΩ/cm dir.
13. Cihaz üzerinde bir adet direnç ölçer (resistivity meter) bulunmaktadır.
14. Sürekli kaliteli su elde etmek için cihaz önceden set edilmiş değerlere sahiptir. Ancak kullanıcı isterse bu değerleri değiştirebilmektedir.
15. Cihazda bir adet 0,2 µm son filtre bulunmaktadır.
16. Cihaza ait işletme talimatı Türkçe ve İngilizce olarak bir set verilmektedir
17. Cihazın tüm filtre ve kartuşları herhangi bir alete gereksinim duyulmadan , kullanıcı tarafından kolay bir şekilde takılıp çıkarılabilmektedir.
18. Cihaz ISO belgelidir.
19. Cihaz 220 volt ve 50 Hz.şehir cıreyanı ile çalışmaktadır
20. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı bir yıl garantilidir.

